



## Протокол апробации пластыря гемостатического Элебан Шот, производства Nakuzo Medical Corporation, Япония

На апробацию поступил пластырь гемостатический Элебан Шот №20, производства Nakuzo Medical Corporation, Япония, гипоаллергенный, размер М, размер пластыря 27мм х 30мм, подушечка 15мм х 15 мм. Предназначен для защиты места прокола и от инфицирования. Пластырь бактерицидный на тканой основе. Обладает водоотталкивающими свойствами. Длительное применение не вызывает аллергических, воспалительных и местно-раздражающих явлений. Одноразовый.



### Преаналитический этап:

Тестирование фиксирующих пластырей проводилось путем их использования при заборе биоматериала у пациентов в центральном приемном пункте Компании. На ЦПП опытная медсестра проводила забор биоматериала у пациентов при помощи опытных и контрольных фиксирующих пластырей (с которыми работали ранее).



**Результат:** Пластырь из плотного тканого материала. Структура ткани хорошо пропускает воздух и не вызывает мацерацию кожи. Применяемый клей не вызывает аллергии. Снимается легко и безболезненно, не оставляет следов клея на коже. Обладает высокой механической прочностью, хорошо прилегает к коже. Имеет клейкую сторону для приклеивания 4-х пластырей на стол, для удобства использования и отрывания. Медсестры указали, что упаковку удобно открывать. Пластырь хорошо клеится, задерживает кровь и держится на коже.

**Вывод:** гемостатический Элебан Шот №20, производства Nakuzo Medical Corporation, Япония, размер М, рекомендуется использовать в Компании.

Ст. менеджер ПЭ, ДКС, к.м.н.: Бекказинова Д.Б. \_\_\_\_\_ 02.04.2024 г.